

FACTSHEET



Clause de non-responsabilité : cette fiche d'information est fournie à titre éducatif uniquement. Bien que tout soit mis en œuvre pour assurer l'exactitude de la version française de ce texte, la traduction est une tâche extrêmement complexe et, en conséquence, il est possible que les traductions dans les différentes langues comprennent des erreurs. Consultez votre médecin ou votre professionnel de la santé pour vérifier que ces informations s'appliquent à votre enfant.

Entretien et maintenance de l'équipement de traitement par PPC/à deux niveaux de pression CPAP/Bi-level care and maintenance of equipment

Masque de traitement par PPC/à deux niveaux de pression CPAP/Bi-level Mask

Bulle et entourage rigide

Vous devez nettoyer et entretenir le masque de votre enfant. En général, le masque de traitement par PPC de votre enfant a une durée de vie de 12 à 24 mois, mais si vous l'entretenez correctement, il peut durer plus longtemps. C'est également vous qui devez acheter un nouveau masque en cas de besoin. Votre interlocuteur de l'équipe du sommeil peut vous donner les coordonnées de magasins où vous pourrez vous le procurer.

Vous devez nettoyer la bulle et l'entourage rigide du masque tous les jours en suivant les instructions de lavage à la main ou en essuyant le masque à l'aide d'un chiffon humide propre (ou de lingettes). Vous devez nettoyer tous les autres composants du masque au moins une fois par semaine en suivant les instructions de lavage à la main ou en lave-vaisselle.

Instructions de lavage à la main :

1. Détachez la bulle de l'entourage rigide (nous vous montrerons comment procéder).

2. Lavez la bulle et l'entourage rigide à la main dans de l'eau chaude à l'aide d'un liquide-vaisselle doux.

Remarque : n'utilisez pas de produits susceptibles d'endommager le masque, par exemple des solutions à base d'eau de Javel, d'alcool ou de chlore, des après-shampooing, des lotions hydratantes ou des nettoyants ménagers puissants.

3. Laissez sécher les composants du masque à l'abri de la lumière directe du soleil et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés avant de remonter le masque.

Remarque : Si un composant du masque est endommagé, le masque devra être remplacé. Il incombe aux familles de remplacer le masque.

Lavage en lave-vaisselle :

Remarque: certains masques ne peuvent pas être lavés en lave-vaisselle. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de passer un masque au lave-vaisselle.

1. Détachez la bulle de l'entourage rigide (nous vous montrerons comment procéder).
2. Placez tous les composants du masque (à l'exception du harnais) sur le plateau supérieur du lave-vaisselle. La surface plate de la bulle doit être dirigée vers le bas afin d'éviter d'endommager la partie souple.

3. Laissez tous les composants du masque sécher et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés avant de remonter le masque.

Remarque : Si un composant du masque est endommagé, le masque devra être remplacé. Il incombe aux familles de remplacer le masque.

Harnais Headgear

1. Détachez le harnais de l'entourage rigide.
2. Nettoyez le harnais à la main dans de l'eau chaude savonneuse.
3. Rincez soigneusement à l'eau propre.
Remarque: n'utilisez pas d'eau de Javel.
4. Laissez le harnais sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.
5. Une fois que le harnais est sec, remontez-le sur l'entourage rigide et ajustez-le avant d'utiliser le masque.

Remarque : n'utilisez pas de produits susceptibles d'endommager le harnais, par exemple des solutions à base d'eau de Javel, d'alcool ou de chlore, des après-shampooing, des lotions hydratantes ou des nettoyants ménagers puissants.

Circuit respiratoire Tubing

Vous devez nettoyer le tuyau une fois par semaine.

1. Pour cela, démontez les composants du circuit (nous vous montrerons comment procéder).
2. Nettoyez le tuyau et les connecteurs du circuit respiratoire à la main dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez soigneusement.
3. Suspendez le circuit respiratoire et laissez-le sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.
4. Une fois que le circuit respiratoire est sec, vérifiez qu'il ne présente ni trous ni fissures avant de le remonter.

Remarque : en cas d'endommagement, le circuit respiratoire doit être remplacé. Si nécessaire, les familles doivent acheter un nouveau circuit respiratoire.

5. Vérifiez le filtre antibactérien (le cas échéant), qui doit être remplacé tous les 7 à 10 jours ou plus souvent s'il prend une couleur foncée. Le cas échéant, les familles doivent acheter les filtres.

Appareil de PPC/à deux niveaux de pression CPAP/Bi-level machine

Vous pouvez essayer un appareil de PPC ou à deux niveaux de pression à l'aide d'un chiffon humide propre. L'appareil est équipé de filtres qui filtrent le pollen et la poussière présents dans l'air. Les filtres intégrés doivent être vérifiés

et nettoyés régulièrement. De préférence, effectuez cette opération dans le cadre de l'entretien hebdomadaire, lorsque vous nettoyez le masque et le circuit respiratoire.

Instructions de nettoyage du filtre non jetable de l'appareil (à l'arrière de l'appareil)

1. Si le filtre en mousse est sale, rincez-le et essorez-le sous le robinet.
2. Nettoyez le filtre dans de l'eau chaude savonneuse et laissez-le sécher à l'abri de la lumière directe du soleil. Une fois que le filtre est complètement sec, remettez-le en place dans l'appareil de PPC/à deux niveaux de pression.

Remarque: ces filtres doivent être remplacés tous les 6 mois. Veuillez contacter le magasin qui vous a loué l'équipement.

Filtre antibactérien

Vous devez utiliser un filtre antibactérien sur tous les appareils loués. Ce filtre se trouve au niveau du raccord entre l'appareil et le circuit respiratoire. Il doit être remplacé tous les 7 à 10 jours. Des filtres de rechange vous seront initialement remis avec l'appareil. C'est vous qui devrez acheter les filtres de rechange supplémentaires. Votre professionnel de la santé vous indiquera où vous pouvez vous les procurer.

Contacts

- Agent scientifique
(02) 9845 1851
- Infirmier-ère clinicien(ne) spécialisé(e)
(02) 9845 0230
- Infirmier-ère clinicien(ne) consultant(e)
(02) 9845 2572
- Centre d'appareillage
(02) 9845 2563
- Service d'ingénierie biomédicale
(02) 9845 2602

N'oubliez pas : Remember:

- Un masque peut durer plusieurs années s'il est entretenu correctement.
- Tous les jours : nettoyez ou essuyez le masque.
- Une fois par semaine : nettoyez le masque et le circuit respiratoire.
- Tous les 6 mois : remplacez les filtres non jetables.